



EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ECG; EEG; POTENCIAL EVOCADO E ESPIROMETRIA.

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 006/2009

PROCESSO N.º 006/2009

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/11/2009

HORÁRIO: 08:00 HORAS

LOCAL: Conderg Hospital Regional – Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, Divinolândia -SP.

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo **MENOR PREÇO** – Processo n.º 006/2009, objetivando a **OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ECG; EEG; POTENCIAL EVOCADO E ESPIROMETRIA**, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As Propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a Proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Conderg Hospital Regional, sito à Avenida Leonor Mendes de Barros n.º 626 - Centro - Divinolândia/SP, iniciando-se às **08:00 horas** do dia **05/11/2009**, e será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ECG; EEG; POTENCIAL EVOCADO E ESPIROMETRIA**, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este Edital – Anexo I.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e

seus anexos, e que ofertarem equipamento com o devido registro no Ministério da Saúde ou ANVISA; que atenda a todas as normas vigentes de segurança e saúde; e, que possuam assistência técnica no Estado de São Paulo.

III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverá ser apresentado o Termo de Credenciamento, conforme modelo constante do anexo V, juntamente com os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos o demais ato pertinente ao certame acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação de acordo com modelo estabelecido no **Anexo II** ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.ºs 1 e 2.

2 - A Proposta e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 – Proposta
Pregão n.º 006/2009
Processo n.º 006/2009

Envelope n.º 2 – Habilitação
Pregão n.º 006/2009
Processo n.º 006/2009



3 - A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A Proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;

b) número do processo e do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – **Anexo I** deste Edital, e, ainda, Modelo/Marca do Produto ofertado;

d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte, frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, não cabendo ao CONDERG nenhum custo adicional;

e) prazo de validade da Proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;

f) prazo de garantia mínima do produto de 24 meses a partir do recebimento definitivo do mesmo, com cobertura total de peças e mão de obra, bem como despesas adicionais de transporte e hospedagem de técnicos;

g) declaração da proponente de que no preço ofertado encontram-se incluídas durante o período de vigência da garantia, no mínimo duas visitas anuais ao local onde os equipamentos forem instalados, visitas estas destinadas às manutenções preventivas, a se realizarem em datas a serem agendadas entre o CONDERG e seus tecnólogos;

h) declaração do proponente de que assegura, durante todo o período de vigência da garantia, os serviços de manutenção corretiva, comprometendo-se a realizá-la em prazo máximo de 24 horas, a partir da data de recebimento do pedido, sem que tal atendimento resulte em quaisquer ônus para o CONDERG;



- i) programa discriminando as condições de prestação de manutenção preventiva dos equipamentos ofertados, incluindo a periodicidade dos serviços a serem realizados, periodicidade de calibrações e troca de peças;
- j) comprovação de registro dos equipamentos ofertados no Ministério da Saúde ou na ANVISA;
- k) declaração do fabricante ou representante indicando a empresa responsável pelos serviços de assistência técnica no Estado de São Paulo, indicando, ainda, os locais, cidades, endereços e telefones disponíveis;
- l) declaração da proponente de que o equipamento ofertado atende a todas as normas vigentes de segurança e saúde.
- m) declaração da proponente de que, caso venha a se sagrar vencedora no certame, se compromete a entregar e instalar o equipamento em prazo igual ou inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data de assinatura do instrumento de contrato.

2 – Juntamente com a proposta deverá a empresa proponente apresentar no Envelope nº 01:

- a) Manual de Operação (em Português) do equipamento ofertado;
- b) Manual técnico do equipamento ofertado;
- c) Catálogo/ folheto ilustrativo referente ao modelo ofertado contendo inclusive dados dimensionais e de acabamento;

3 – O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
- d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;



e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o Credenciamento neste Pregão.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal e Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da Proponente, por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando o fornecimento de equipamento pertinente e compatível com o objeto licitado.

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e assinada por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo **ANEXO III**;

b) declaração elaborada em papel timbrado e assinada pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com o CONDERG, conforme modelo **ANEXO IV**.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o CONDERG aceitará como válidas as expedidas até 90(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das Propostas.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos.

2 – Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo II** ao Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e os documentos de habilitação.

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope Proposta, estará encerrado o Credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

3 – A análise das Propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as Propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em Proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos preços, as Propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da Proposta.

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas Propostas das demais licitantes.

4 - As Propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da Proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as Propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as Propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

4.1 – para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das Propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da Proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à Proposta de menor preço unitário do item, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.

ITEM	REDUÇÃO
01	80,00
02	400,00
03	1.000,00
04	80,00

7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.

8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as Propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

10 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das Propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

11 – Quando comparecer um único licitante ou houver uma única Proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

12 - Considerada aceitável a única Proposta válida, ou a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou;

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

13.2 – O CONDERG não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à Coordenadora do CONDERG para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita por item para os equipamentos objetivados neste certame, com as características constantes da proposta da empresa vencedora.

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

1 - A entrega e instalação dos equipamentos objeto desta licitação deverão ser feitas no **Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Casa Branca, sito a Rua Pedro de Toledo, 48 – Centro Casa Branca SP**, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, instalação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

2 – A entrega do objeto deverá ser efetuada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato, e, conforme informado pela licitante em sua Proposta.

3 – No momento da entrega do equipamento, o fornecedor deverá entregar documento informando a periodicidade de substituição dos acessórios, e, ainda, os seus respectivos valores.

4 – Deverá, ainda, o fornecedor, entregar junto com o equipamento, uma via do Manual de Serviço/Técnico/Manutenção, compreendendo, no mínimo: esquemas eletrônicos, eletro-mecânicos, pneumático, procedimentos de calibração com os equipamentos necessários para à manutenção corretiva, calibração, desenho com vista em explosão e listas dos componentes e peças de reposição com os respectivos códigos e 2 (duas) vias do Manual de Operação, sendo um na língua de origem e outro em português, quando o produto não for nacional.

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 – No recebimento e aceitação do objeto será observada, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

1.1 – O equipamento deverá ser entregue de acordo com as especificações contidas neste edital e, na proposta da empresa vencedora.

2 - Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do CONDERG responsável pelo recebimento.

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONDERG poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, o fornecedor deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do CONDERG, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado na sua totalidade, em uma única parcela, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega e recebimento definitivo dos equipamentos, mediante a apresentação da competente nota fiscal.

2 - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e seu vencimento será prorrogado por mais 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

3 - O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada, em instituição financeira, agência, e, conta corrente por ela indicada.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMTO

1- Ficará impedida de licitar e contratar com o CONDERG pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as **seguintes** multas:

a) pela recusa em assinar o contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do item adjudicado;

b) pelo retardamento na entrega e/ou instalação do equipamento, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

c) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato;

d) pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao equipamento entregue em desacordo com as especificações técnicas constantes da Proposta adjudicada;

e) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;

3 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

4 - O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do Conderg, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à Adjudicatária.

5 - O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a Contratada ao processo judicial de execução.

6 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pela Coordenadora.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 – Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente na própria ata.

3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as Propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial do Estado.

5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão devolvidos ao final da sessão.

6 – Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 dia útil anterior a data fixada para recebimento das Propostas.

6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

8 - Consistem, em obrigações da empresa Contratada:

8.1 - Em caso de parada do equipamento, durante o período de garantia, a partir do 15^º (décimo quinto dia) subsequente a abertura do chamado técnico, deverá a Contratada acrescentar ao período mínimo de garantia estipulado, o dobro do tempo na parada do equipamento. Caso a mesma entregue um equipamento substituto, ficará obrigada somente a prorrogar o período de garantia correspondente ao tempo parado.

8.2 - Caso a manutenção corretiva no período de garantia, não solucionar os problemas técnicos do equipamento em até 120 dias (cento e vinte dias), a Contratada ficará obrigada a substituí-lo por outro equipamento novo, com as mesmas características, mesmo que tenha fornecido equipamento substituto.

8.3 – A Contratada deverá assegurar a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção do equipamento, após o vencimento do prazo de garantia, com qualidade satisfatória e mediante remuneração compatível com os valores de mercado.



8.4 – A Contratada deverá ministrar treinamento operacional, aos usuários do equipamento, de modo que atenda todos os turnos de trabalho, com todas as despesas incluídas.

8.5 – A Contratada será responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, sendo obrigada a ressarcir o CONDERG por eventuais danos, e substituir os elementos defeituosos, arcando com os decorrentes.

8.6 – A Contratada deverá assegurar, durante um período de 5 anos, a contar da data de descontinuidade do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição.

9 - Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência (Folheto Descritivo);

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo III - Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal;

Anexo V – Termo de Credenciamento;

Anexo VI – Minuta do Contrato.

10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Gramma, Estado de São Paulo.

Divinolândia, 10/10/2009

Edna Etelvina Ferreira Prevital
Departamento de Compras

Eliana N. Z. Merli Giantomassi
Coordenadora Conderg

ANEXO I

PREGÃO- 006/2009

PROCESSO: 006/2009

FOLHETO DESCRITIVO CONSTANDO AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DO PREGÃO

ITEM 01	Especificação Técnica		QUANT
			01
1. Dados	1.1	Equipamento	Eletrocardiógrafo
	1.2	Característica de utilização	Diagnóstico e acompanhamento da evolução de arritmias cardíacas e outras patologias do coração
	1.3	Tipo de montagem	Montada sobre carrinho de transporte (possibilidade de ser montada sobre o carrinho de transporte).
	1.4	Configuração Física	Aparelho compacto e móvel.
	1.5	Princípio de funcionamento	Registro gráfico de tensão elétrica em função do tempo
	1.6	Características de construção	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construção à prova de respingos e vazamentos internos; ➤ Multicanal e automático com pelo menos 12 derivações simultâneas; ➤ Display de Cristal Líquido alfanumérico de fácil operação que permita uma prévia visualização do ECG antes da impressão(as derivações simultâneas) . ➤ Possuir filtros para eliminação de ruídos elétricos, oriundos da rede de energia elétrica e tremor muscular; ➤ Possuir entrada para bateria externa ou fonte de alimentação contínua ➤ Possibilitar arquivamento de exames em cartões de memória, com possibilidade de leitura em computadores diferentes; ➤ Gerar relatórios personalizados através de impressora de papel milimetrado contínuo, picotado, termosensível nos tamanhos carta (280mmx217mm) ou A4 (297mmx210mm) de alta resolução.
2.1	Capacidade nominal	Armazenamento de no mínimo 40 ECGs	

	2.2	Faixa de funcionamento	Trabalhar nos seguintes modos de aquisição: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Automático (12 derivações) ◆ Ritmo (até 12 derivações) ◆ Completo (1 derivação)
	2.3	Dimensões Físicas	Não aplicável
3. Modo de Trabalho	3.1	Tipos de Controles	Ajuste de velocidade de varredura do traçado com as opções de 5, 10, 25 e 50mm/Seg.
3. Modo de Trabalho	3.2	Modo de indicação e registros dos parâmetros	Visualização de registros a cores com resolução de pelo menos 640 x 480 pixels; Impressora de alta resolução, com no mínimo 200x500dpi a 25m/s. Armazenar seus arquivos em .xml para que possa ser visualizado em qualquer microcomputador pessoal (PC).
	3.3	Entradas e Saídas	Saída para disponibilizar exames em rede(Internet, telefone); Possibilidade de conexão wireless;
	3.4	Alarmes	Bateria Fraca (Visual e/ou sonoro)
4. Dados Gerais	4.1	Segurança	Possuir os seguintes filtros: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ruído da corrente alternada ◆ Flutuações da linha de base ◆ Artefato (tremor muscular) ◆ Passa baixa e Passa alta
	4.2	Tensão de Alimentação	220VAC (F-N), 60Hz ou Bivolt automático;
5. Exigências Normativas	5.1	Apresentar certificado de conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1 ,NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-25, ou certificados internacionais equivalentes;	

6. Acessórios	6.1	<p>As quantidades descritas abaixo, referem-se para cada unidade do objeto licitado</p> <ul style="list-style-type: none">a) 03 (Três) Cabos pacientes de ECG de 12 vias;b) 01 (Um) Software para gerenciamento e arquivamento de ECGs e transmissão de exames via rede (intranet).ou armazenar seus arquivos em .xml para que possa ser visualizado em qualquer microcomputador pessoal (PC);c) 01(Uma) ou 02 (Duas) Baterias internas recarregáveis;d) 01 (Um) Carregador de Bateria(Quando necessário);e) 02 (Duas) Caixas de papel para impressão contínuo picotado termo sensível nos tamanhos A4 ou cartaf) 02 (Dois) Pacotes de Eletrodos descartáveisg) 02 (Dois) Pacotes de Eletrodos Radiotranslúcidos.
----------------------	------------	---

ITEM 02	Especificação Técnica		QUANT
			01
1. Dados	1.1	Equipamento	Eletroencefalógrafo
	1.2	Característica de utilização	Será utilizado para exames de eletroencefalografia;
	1.3	Tipo de montagem	Montado em móvel/rack próprio que acondicione todos os equipamentos do sistema;
	1.4	Configuração Física	Possuir no mínimo 20 Canais para eletroencefalografia;
	1.5	Princípio de funcionamento	Possuir módulo separado para conexão dos transdutores;
	1.6	Características de construção	Possuir amplificador/condicionador para no mínimo 20 canais de eletroencefalografia; Possuir filtro passa-altas e passa-baixas; Possibilidade de utilização de caixa conversora de entrada permitindo que o equipamento fique distante do paciente; Os canais para encefalografia devem possuir amplificadores de alta impedância de entrada; Possuir foto estimulador; Possuir software para laudo, captações e gerenciamento do banco de dados;
2. Requisitos Técnicos	2.1	Capacidade nominal	Não aplicável
	2.2	Faixa de funcionamento	Conversor analógico/digital com resolução mínima de 12 Bits; Rejeição de modo comum superior à 90 dB;
	2.3	Dimensões Físicas	Não aplicável
3. Modo de Trabalho	3.2	Tipos de Controles	Não aplicável;
	3.3	Modo de indicação e registros dos parâmetros	Apresentar no mínimo nome e traçados na tela do computador acoplado ao equipamento;
3. M	3.4	Entradas e Saídas	Possibilidade de conexão com computador e HUB;

	3.5	Alarmes	Não aplicável;
4. Dados Gerais	4.1	Segurança	Possuir sistema contra ruídos da rede elétrica
	4.2	Tensão de Alimentação	127 VAC (F-N), 60 Hz;
5. Exigências Normativas	5.1	Apresentar certificado de conformidade com as NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-26, ou certificados internacionais equivalentes.	
6. Acessórios	<p>01(Um) Computador com configuração mínima: Monitor LCD "17", Impressora Laser alta velocidade 4250, Processador Intel, 2GB de Memória DDR 2-667, 250 GB de Disco Rígido de 7200 RPM, placa de vídeo, PCI Express 512 MB, 4 portas USB, Gravador DVD e sistema operacional compatível com sistema;</p> <p>01(Um) Conjunto de eletrodos necessários para exames de eletroencefalografia(20 canais);</p> <p>01(Um) Conjunto de software necessário para o pleno funcionamento do equipamento;</p>		

ITEM 03		Especificação Técnica		QUANT 01
1. Dados	1.1		Sistema de Medidas de Potencial Evocado e Eletromiografia	
	1.2	Característica de utilização	Utilizado para realização de exames de potencial evocado e eletromiografia;	
	1.3	Tipo de montagem	Montado sobre carro de transporte	
	1.4	Configuração Física	Não aplicável;	
	1.5	Princípio de funcionamento	Não aplicável	
	1.6	Características de construção	Processamento de dados em um computador tipo desktop com sistema operacional compatível com equipamento; Possuir estimulador elétrico de no mínimo 02 canais; Possuir estimulador ; Possuir estimulador auditivo; Amplificadores com alta impedância de entrada; Software necessário para realização de todos os exames citados abaixo;	
2. Requisitos Técnicos	2.1	Capacidade nominal	Não aplicável;	
	2.2	Faixa de funcionamento	Conversor A/D de no mínimo 12 bits;	
	2.3	Dimensões Físicas	Não aplicável;	
3. Modo de Trabalho	3.2	Tipos de Controles	Monitorar continuamente antes e durante a aquisição da forma de onda; protocolos básicos que possibilite os seguintes exames: eletromiografia, velocidade de condução motora, velocidade de condução sensitiva, estimulação repetitiva, Blink reflex, onda F, reflexo H, potencial evocado sensitivo, potencial evocado sensitivo de curta latência, potencial evocado sensitivo disparado pelo ECG, potencial evocado da medula espinhal, potencial evocado auditivo (ABR), resposta lenta do vertex (SVR), resposta de latência média (MLR), eletrocócleograma (EcochG), potencial evocado visual (VEP), eletroretinograma (ERG), eletroóculograma (EOG);	

		3.3 Modo de indicação e registros dos parâmetros	Visualização dos traçado na tela do computador aoplado ao sistema;
3. Modo de Trabalho	3.4 Entradas e Saídas		Não aplicável;
	3.5 Alarmes		Não aplicável;
4. Dados Gerais	4.1 Segurança		Não aplicável;
	4.2 Tensão de Alimentação		127 VAC(F-N), 60 Hz;
5. Exigências Normativas	5.1	Apresentar certificado de conformidade com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-40, ou certificados internacionais equivalentes.	
6. Acessórios	<p>01(Um) Computador com configuração mínima: Monitor LCD "17", Impressora Laser alta velocidade 4250, Processador Intel, 2GB de Memória DDR 2-667, 250 GB de Disco Rígido de 7200 RPM, placa de vídeo, PCI Express 512 MB, 4 portas USB, Gravador DVD e sistema operacional compatível com sistema;</p> <p>01(Um) Cabo USB</p> <p>01(Um) Cabo força</p> <p>01(Um) Cabo de extensão p/ Pot Evocado</p> <p>01(Um) Caixa de Junção de eletrodos</p> <p>01(Um) Jogo de eletrodos EEG</p> <p>01(Um) Fone de ouvido</p> <p>01(Um) Estimulador Elétrico de 02 canais;</p> <p>01(Um) Kit de eletrodo para EMG;</p> <p>01(Um) No Break compatível com sistema;</p> <p>01(Um) Conjunto de software compatível com sistema;</p>		

ITEM 04		Especificação Técnica		QUANT
				01
1. Dados	1.1	Equipamento	Espirômetro	
	1.2	Característica de utilização	Utilizado em exames pneumológicos;	
	1.3	Tipo de montagem	Montado junto ao computador do sistema;	
	1.4	Configuração Física	Não aplicável;	
	1.5	Princípio de funcionamento	Não aplicável;	
	1.6	Características de construção	Possibilidade de armazenar no mínimo 6 curvas, pré e pós broncodilatador; Possibilidade de armazenar testes na memória do equipamento; Possuir sistema de calibração de fácil utilização, sem necessidade de intervenção técnica especial; Possuir transdutor resistente a desinfecção;	
2. Requisitos Técnicos	2.1	Capacidade nominal	Não aplicável;	
	2.2	Faixa de funcionamento	Não aplicável;	
	2.3	Dimensões Físicas	Não aplicável	
3. Modo de Trabalho	3.2	Tipos de Controles	Apresentar parâmetros referente a capacidade vital lenta, capacidade vital forçada, impressão dos resultados e revisão dos testes; Possibilidade de inserir os dados do paciente, a fim de se calcular os valores previstos;	
	3.3	Modo de indicação e registros dos parâmetros	Exibir curva dos valores previstos para o fluxo/volume, tempo/volume, na tela do computador; Exibir os resultados selecionados para pré-broncodilatador e pós-broncodilatado;	

3. Modo de Trabalho	3.4 Entradas e Saídas	USB, RS 232 ou qualquer outro modo de conexão ao computador;
	3.5 Alarmes	Não aplicável;
4. Dados Gerais	4.1 Segurança	Não aplicável;
	4.2 Tensão de Alimentação	127 VAC (F-N), 60 Hz ou bateria recarregável;
5. Acessórios	<p>01(Um) Computador com configuração mínima: Monitor LCD "17", Impressora Laser alta velocidade 4250, Processador Intel, 2GB de Memória DDR 2-667, 250 GB de Disco Rígido de 7200 RPM, placa de vídeo, PCI Express 512 MB, 4 portas USB, Gravador DVD, No break e sistema operacional compatível com sistema;</p> <p>100(Cem) Bocais descartáveis Adulto;</p> <p>100(Cem) Bocais descartáveis pediátrico;(Quando aplicável);</p> <p>01(Um) Conjunto de software compatível com sistema;</p> <p>10(Dez) Rolos de papel termosensível(Quando aplicável);</p> <p>50(Cinqüenta) Filtros pulmonares</p> <p>01(Um) Pó esterilizador</p> <p>05(Cinco) Clipes de nariz</p>	

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório, Pregão n.º ___/___, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no edital.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

****Em papel timbrado da empresa licitante***

ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no **Edital de Pregão n.º ___/___** do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, **DECLARO**, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

****Em papel timbrado da empresa licitante***



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no processo licitatório, Pregão n.º ___/___, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com a Administração, referente ao Pregão n.º ___/___ do Conderg Hospital Regional de Divinolândia.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

****Em papel timbrado da empresa licitante***

ANEXO V

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _____, com sede na _____, CNPJ N.º _____, representada pelo(a) Sr.(ª) _____, **CRENCIA** o(a) Sr.(ª) _____, portador do R.G. n.º _____ e CPF n.º _____, para representá-la perante o Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º/2009 **OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS**, podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

****Em papel timbrado da empresa licitante***

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N°/.....
CONTRATO N°

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONDERG E A EMPRESA
..... **OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
DIVERSOS

Aos dias do mês de do ano de 2009, na cidade de Divinolândia, compareceram de um lado o Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, neste ato representado por....., portador do RG n°, no uso de suas atribuições legal, doravante designado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, com sede na em....., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representado por, CPF, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação n°....., conforme despacho exarado às fls. ____ do Processo n°, pelo presente instrumento avençam um contrato de aquisição **OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS**, conforme disposições constantes do edital e de sua Proposta Comercial, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 - Constitui objeto do presente contrato a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS** descritos abaixo, conforme prazo de entrega constante no Edital da licitação n°/....., Proposta da CONTRATADA, e demais documentos constantes do Processo n°/....., observadas as normas técnicas da ABNT.

ITEM	QUANT	EQUIPAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O regime de execução deste contrato é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS** para o Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2 - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo.

II- Responsabilizar-se integralmente pela entrega e instalação dos equipamentos objeto deste contrato, contendo o mesmo a marca e características ofertadas em sua Proposta (Manual de Operação (em Português); Manual técnico; e, Catálogo/ folheto ilustrativo contendo inclusive dados dimensionais e de acabamento); bem como respeitando prazo fixado, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar em alterações do prazo contratual.

III- Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos.

IV- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não cobertas pelo seguro.

V- Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. Nessa hipótese o CONTRATANTE poderá reter pagamentos devidos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.

VI- Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde será entregue e instalados o equipamentos.

VII- Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços.

VIII- Assumir todas as responsabilidades no ato do transporte / entrega e instalação dos equipamentos, além de tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito.

IX - Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referente aos serviços.

X – Prestar, a contar da data do recebimento definitivo dos equipamentos, a devida garantia dos mesmos pelo período informado em sua Proposta Comercial, com cobertura total de peças e mão de obra, bem como despesas adicionais de transporte e hospedagem de técnicos;



XI – Disponibilizar assistência técnica dos equipamentos à CONTRATANTE, no Estado de São Paulo, obrigando-se a CONTRATADA a informar posteriores as alterações de postos de assistência, cidades, atendimento, etc.

XII - Realizar, durante o período de vigência da garantia, no mínimo duas visitas anuais ao local onde os equipamentos forem instalados, visitas estas destinadas às manutenções preventivas, a se realizarem em datas a serem agendadas entre o CONDERG e seus tecnólogos;

XIII - Assegurar, durante todo o período de vigência da garantia, os serviços de manutenção corretiva, comprometendo-se a realizá-la em prazo máximo de 24 horas, a partir da data de recebimento do pedido, sem que tal atendimento resulte em quaisquer ônus para o CONDERG;

XIV – Seguir rigorosamente o programa apresentado em sua Proposta Comercial, discriminando as condições de prestação de manutenção preventiva dos equipamentos, incluindo a periodicidade dos serviços a serem realizados, periodicidade de calibrações e troca de peças;

XV – Em caso de parada dos equipamentos, durante o período de garantia, a partir do 15º (décimo quinto dia) subsequente a abertura do chamado técnico, deverá a Contratada acrescentar ao período mínimo de garantia estipulado, o dobro do tempo na parada do equipamento. Caso a mesma entregue um equipamento substituto, ficará obrigada somente a prorrogar o período de garantia correspondente ao tempo parado.

XVI – Caso a manutenção corretiva no período de garantia, não solucionar os problemas técnicos do equipamento em até 120 dias (cento e vinte dias), a Contratada ficará obrigada a substituí-lo por outro equipamento novo, com as mesmas características, mesmo que tenha fornecido equipamento substituto.

XVII – Assegurar a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção do equipamento, após o vencimento do prazo de garantia, com qualidade satisfatória e mediante remuneração compatível com os valores de mercado.

XVIII – Ministrando treinamento operacional, aos usuários do equipamento, de modo que atenda todos os turnos de trabalho, com todas as despesas incluídas.

XIX – Se responsabilizar por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, sendo obrigada a ressarcir o CONDERG por eventuais danos, e substituir os elementos defeituosos, arcando com os decorrentes.

XX – Assegurar, durante um período de 5 anos, a contar da data de descontinuidade do equipamento, o fornecimento de partes e peças de reposição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

- I- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada a natureza dos mesmos.
- II- Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato.
- III- Exercer fiscalização no ato da entrega e instalação dos equipamentos-

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

4 - Será realizada vistoria pelo CONTRATANTE ou prepostos devidamente qualificado, que terá por objetivo: a avaliação da qualidade e validade dos equipamentos entregues e instalados.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO

5 - O valor total deste contrato corresponde a R\$ (.....)

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6 - O pagamento será efetuado na sua totalidade, em uma única parcela, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega e recebimento definitivo dos equipamentos, mediante a apresentação da competente nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fatura emitida contra o CONTRATANTE pela CONTRATADA deverá ser entregue no Setor de Compras do Hospital Regional de Divinolândia.

I - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e seu vencimento será prorrogado por mais 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será feito mediante depósito bancário em nome da CONTRATADA, em instituição financeira, agência e conta corrente por ela indicada.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de a fatura apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido, será contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreções.

PARÁGRAFO QUARTO: A realização do pagamento não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇO

7 - Os preços não serão reajustados.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO

8 - O objeto do contrato deverá ser entregue e instalado no prazo de 60 (sessenta) dias constante do Edital do Pregão e da Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) - Casa Branca, sito a Rua Pedro de Toledo, 48 – Centro Casa Branca SP, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, instalação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No momento da entrega do equipamento, o fornecedor deverá entregar documento informando a periodicidade de substituição dos acessórios, e, ainda, os seus respectivos valores.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Deverá, ainda, a Contratada, entregar junto com o equipamento, uma via do Manual de Serviço/Técnico/Manutenção, compreendendo, no mínimo: esquemas eletrônicos, eletro-mecânicos, pneumático, procedimentos de calibração com os equipamentos necessários para à manutenção corretiva, calibração, desenho com vista em explosão e listas dos componentes e peças de reposição com os respectivos códigos e 2 (duas) vias do Manual de Operação, sendo um na língua de origem e outro em português, quando o produto não for nacional.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9 - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observada os termos e limites previstos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10 - Fica dispensada a apresentação de garantia de que trata o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11 - Ficará impedida de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.1 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

a) pela recusa em assinar o contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do item adjudicado;



b) pelo retardamento na entrega e/ou instalação do equipamento, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas;

c) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato;

d) pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao equipamento entregue em desacordo com as especificações técnicas constantes da Proposta da CONTRATADA;

e) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor contratado.

11.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

11.3 - O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do Conderg, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.

11.4 - O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

11.5 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONTRATANTE, garantida a ampla defesa, e, as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

11.6 - Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com o estipulado na Resolução SS – 26, de 09/02/90, no que couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar da fatura, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

12 - O presente contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13 - O objeto será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão ou empregado para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no edital e anexo da licitação indicada no preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento do equipamento e acompanhamento de sua instalação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação, por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

14 - É defeso à CONTRATADA a subcontratação total do objeto deste contrato, bem como sua transferência, total ou parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

15 - Fica ajustado, ainda, que:

I- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

- a) o Edital da licitação nº/..... e seus anexos;
- b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;

II- Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e disposições regulamentares.

III- Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativas, será competente o foro da Comarca De São Sebastião da Grama.

E, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três (03) vias de igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por



elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas:

.....
CONTRATANTE

.....
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: