



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONDERG HOSPITAL REGIONAL

Divinolândia, 07 de maio de 2010

Prezados senhores interessados,

Esta comissão de Julgamento de Licitação do Conderg – Hospital Regional de Divinolândia, esclarece através deste, alteração feita no Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial 025/2010 , que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS DE AASI – APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL para o Hospital Regional de Divinolândia.

Esclarecemos que:

NO PREÂMBULO

1- Onde se lia: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n.º 025/2010

PROCESSO N.º 025/2010

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/05/2010

HORÁRIO: 14:00horas

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: Conderg Hospital Regional – Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, Divinolândia - SP.

O CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, Processo n.º025/2010, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS DE AASI – APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA** que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As Propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a Proposta, Amostras e os Documentos de Habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Conderg - Hospital Regional, sito à Avenida Leonor Mendes de Barros n.º 626 - Centro - Divinolândia/SP, iniciando-se às **14:00 horas** do dia **12/05/2010**, e será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

A Ata de Registro de Preços a ser firmada pela licitante vencedora vigorará por 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá ser firmada dentro do prazo de validade do desconto proposto.

I - DO OBJETO



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONDERG HOSPITAL REGIONAL

1.1 - A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME DE CASA BRANCA**, de acordo com o Termo de Referência constante do Anexo I deste ato convocatório.

1.2 - objetivando verificar se os produtos ofertados atendem as especificações e demais características, exigidas no Edital, é **OBRIGATORIA** a apresentação **AMOSTRAS** para o item e nas quantidades constantes do ANEXO – “AMOSTRA”.

Leia-se: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n.º 025/2010

PROCESSO N.º 025/2010

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/05/2010

HORÁRIO: 09:00horas

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: Conderg Hospital Regional – Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, Divinolândia - SP.

O CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista torna público que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, Processo n.º025/2010, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS DE AASI – APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA** que será regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As Propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a Proposta, Amostras e os Documentos de Habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Conderg - Hospital Regional, sito à Avenida Leonor Mendes de Barros n.º 626 - Centro - Divinolândia/SP, iniciando-se às **09:00 horas** do dia **19/05/2010**, e será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

A Ata de Registro de Preços a ser firmada pela licitante vencedora vigorará por 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá ser firmada dentro do prazo de validade do desconto proposto.

I - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO REGISTRO DE PREÇOS DE AASI – APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**, de acordo com o Termo de Referência constante do Anexo I deste ato convocatório.

1.2 - objetivando verificar se os produtos ofertados atendem as especificações e demais características, exigidas no Edital, é **OBRIGATORIA** a apresentação **AMOSTRAS** para o item e nas quantidades constantes do ANEXO – “AMOSTRA”.

2- Onde se lia: VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.4.1 - Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da Proponente, por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

6.1.4.2 - Prova de que a licitante dispõe na data de abertura do certame, integrando seu quadro de pessoal permanente, profissional de nível superior graduado na área de Fonoaudiologia, que seja detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CRF2, pela execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste certame. Será admitida a indicação de profissional autônomo contratado para tal fim.

6.1.4.3 - Licença de funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalada a licitante.

6.1.4.4 - Autorização para o funcionamento, em nome da licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.

6.1.4.5 – Certificado de Boas Práticas do fabricante com tradução juramentada.

Leia-se: VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1.4.1 - Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da Proponente, por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

6.1.4.2 - Prova de que a licitante dispõe na data de abertura do certame, integrando seu quadro de pessoal permanente, profissional de nível superior graduado na área de Fonoaudiologia, que seja detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CRF2, pela execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste certame. Será admitida a indicação de profissional autônomo contratado para tal fim.

6.1.4.3 - Licença de funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalada a licitante.

6.1.4.4 - Autorização para o funcionamento, em nome da licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.

3- Onde se lia: 7.10 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à Proposta de Menor Preço por Item. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances será a seguinte:

Item	Redução
01	5,00
02	5,00
03	7,00
04	10,00

Leia-se: 7.10 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à Proposta de Menor Preço por Item. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances será a seguinte:

Item	Redução
01	5,00
02	5,00
03	7,00
04	10,00
05	10,00

4- Onde se lia:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência, a aquisição de aparelhos de amplificação sonora individuais, conforme abaixo especificado.

RELAÇÃO DE ITENS	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
01	102 peças	AASI — RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO A TECNOLOGIA: - Tipo retroauricular; - Controle de volume: manual. - Chave M – T – O. - Tecnologia: analógica. - Ganho máximo: 80 dB no mínimo. - Saída máxima: 135 a 146 dB SPL - Controle de Saída: Corte de Picos (PC) ou compressão de limitação. - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e ou Agudo, controle de saída

		máxima - Entradas alternativas: Bobina telefônica
02	102 peças	<p>AASI – RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO A</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo retroauricular. - Controle de volume: manual. - Chave M – T – O. - Tecnologia: analógico. - Ganho máximo: 65 dB. - Saída máxima: 135 dB SPL. - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e/ou Agudo - Compressão: AGCI ou AGCO - Controle de Saída: PC - Entrada alternativa: bobina telefônica
03	576 peças	<p>AASI – INTRACANAL : Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO B</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo intracanal - Controle de volume: manual - Microfone: Omnidirecional - Programabilidade: programação via interface USB ou programador próprio. - Tecnologia: digital - Ganho Máximo: 61db no mínimo - Saída máxima: 121 dB SPL. - Quantidade de canais: 02 - Compressão de limitação: WDRC - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e agudo, Bobina telefônica e Razão de Compressão.
04	816	<p>AASI – RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO C</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo retroauricular, operando com pilha 13. - Controle de volume: rotatório - Programável - Tecnologia: digital.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ganho máximo, ANSI: 65 dB. - Saída máxima, ANSI: 126 dB SPL. - Faixa de frequência, ANSI: 140-6000 Hz. - Quantidade de canais: 02 (no mínimo) - Controle de Saída: Compressão WDRC Multicanal. - Controles Disponíveis: Ganho, Corte de Graves e/ou Agudos, Razão de Compressão e/ou Controle das constantes de tempo da compressão. - Controle de ruído: Redução adaptativa de ruído. - Expansão. - Feedback: Algoritmo para redução de feedback
--	--	---

Leia-se: ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência, a aquisição de aparelhos de amplificação sonora individuais, conforme abaixo especificado.

RELAÇÃO DE ITENS	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
01	102 peças	<p>AASI — RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO A</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo retroauricular; - Controle de volume: manual. - Chave M – T – O. - Tecnologia: analógica ou programável - Ganho máximo: 80 dB ou mais. - Saída máxima: 135 a 146 dB SPL - Controle de Saída: Corte de Picos (PC) ou compressão de limitação. - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e ou Agudo, controle de saída máxima - Entradas alternativas: Bobina telefônica

02	102 peças	<p>AASI – RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO A</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo retroauricular. - Controle de volume: manual. - Chave M – T – O. - Tecnologia: analógico ou programável - Ganho máximo: 65 dB ou mais - Saída máxima: 135 dB SPL ou mais - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e/ou Agudo - Compressão: AGCI ou AGCO - Controle de Saída: PC - Entrada alternativa: bobina telefônica
03	576 peças	<p>AASI – INTRA AURAL : Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO B</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo intra aural - Controle de volume: manual - Microfone: Omnidirecional - Programabilidade: programação via interface USB ou programador próprio. - Tecnologia: digital - Ganho Máximo: 61db ou mais - Saída máxima: 121 dB SPL ou mais - Quantidade de canais: 02 ou mais - Compressão de limitação: WDRC - Controles disponíveis: Ganho, Corte de Graves e agudo, Bobina telefônica e Razão de Compressão.
04	816	<p>AASI – RETROAURICULAR: Classificação segundo Ministério da Saúde: TIPO C</p> <p>TECNOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo retroauricular, operando com pilha 13. - Controle de volume: rotatório - Programável - Tecnologia: digital. - Ganho máximo, ANSI: 65 dB ou mais - Saída máxima, ANSI: 126 dB SPL ou mais

		<ul style="list-style-type: none"> - Faixa de frequência, ANSI: 140-6000 Hz. - Quantidade de canais: 02 ou mais - Controle de Saída: Compressão WDRC Multicanal. - Controles Disponíveis: Ganho, Corte de Graves e/ou Agudos, Razão de Compressão e/ou Controle das constantes de tempo da compressão. - Controle de ruído: Redução adaptativa de ruído. - Expansão. - Feedback: Algoritmo para redução de feedback
05	20	<p>AASI RETROAURICULAR TIPO C</p> <p>TECNOLOGIA: -tipo retroauricular, operando com pilha 675</p> <ul style="list-style-type: none"> - controle de volume rotatório - programável - tecnologia digital - ganho máximo 76 dB ou mais - saída máxima 143 dB SPL ou mais - faixa de frequência: ANSI:100-5000 Hz - quantidade de canais: 02 canais ou mais <p>Controle de saída: compressão WDRC multicanal</p> <p>Controles disponíveis ganho, corte de graves e/ou agudos, razão de compressão e/ou controle das constantes de tempo da compressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> - controle de ruído: redução adaptativa de ruído - expansão <p>Feedback: algoritmo para redução de Feedback</p>

OBSERVAÇÕES: *As empresas vencedoras comprometem-se a fornecer:*

- 1- 01 pote de massa para pré moldagem ao mês.
- 2- 01 cartela de pilha para cada aparelho.
- 3- 01 seringa para pré moldagem.
- 4- 01 testador de pilhas.
- 5- caninho para reposição
- 6- Programa dos AASI, cabos, sapatas, etc.



CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONDERG HOSPITAL REGIONAL

Ratificam-se todas as demais informações constantes no Edital mencionado,
bem como em seus anexos.

Atenciosamente,

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
CONDERG – HOSPITAL REGIONAL